

Sartorius Competence-^{PHARMACY}

CPA523S - PCE

Bilancia tecnica "Approvata" per l'uso in Farmacia



- Campo di pesata " Max " : 520 g
- Divisione di lettura "d" : 0,001g
- Divisione di verifica "e" : 0,01 g
- Campo di pesata SuperRange
- Dimensioni del piatto di pesata :  110 mm
- Calibrazione e regolazione automatica con peso interno motorizzato attivato con IsoCAL, dispositivo che al variare del tempo e della temperatura permette alla bilancia di auto-regolarsi.
- Tara automatica su tutta la portata .
- Protezione contro i sovraccarichi accidentali .
- Protezione triangolare contro le correnti d'aria.
- Lettura digitale a cristalli liquidi LCD retroilluminato
- Uscita dati RS232 di serie.
- Protocollo di stampa secondo ISO / GLP .
- Conteggio pezzi .
- Formulazione totale / netto .
- Pesata in percentuale.

La bilancia tecnica da laboratorio per l'uso in Farmacia, quali requisiti Legali deve avere ?

In riferimento alla **Tabella N. 6** della **Farmacopea ufficiale** (art. 34 , secondo comma e art. 44 del Reg. Serv. Farm.) la Farmacia è tenuta a dotarsi di una bilancia di precisione . Citando l'ultimo aggiornamento della Tabella N.6 (rif. Federfarm prot.n. UL/AC/6838 del 9.4.04, rif. F.O.F.I. prot.n.20040006071/AG del 6.5.04) , i requisiti minimi di tale strumento sono :

- **Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala = 0,001 g) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance , l'una sensibile al mg (d=0,001g) della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g (d=0,50g) della portata di almeno 2 Kg .**

La bilancia inoltre, deve essere conforme anche alla **Legge N. 517** del 29.12.92 Art. 2 lettera "a" punto "5" che prescrive :

- "lo strumento per pesare" , destinato alla "determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia " deve avere l'Approvazione Metrica Legale CE (marchio di conformità **CE** e contrassegno verde "**M**" attestante l'approvazione Metrica).