

## Sartorius EXTEND-<sup>PHARMACY</sup>

# ED 523S - PCE

**Bilancia tecnica “Approvata” per l’uso in Farmacia**



- **Portata ..... “ Max “ : 520 g**
- **Divisione di lettura ..... “d” : 0,001g**
  
- **Divisione di verifica ..... “e” : 0,01 g**
- **Campo di pesata SuperRange**
  
- Diametro del piatto di pesata: 115 mm
- **Calibrazione e regolazione automatica con peso interno motorizzato**
- Tara automatica su tutta la portata .
- Protezione contro i sovraccarichi accidentali .
- Protezione triangolare contro le correnti d'aria.
- Lettura digitale a cristalli liquidi LCD retroilluminato
- Uscita dati RS232 di serie.
- Protocollo di stampa secondo ISO / GLP .
- Conteggio pezzi .
- Formulazione totale / netto .
- Pesata in percentuale.
- Calcolo per un fattore.
- Densità o peso specifico.

### **La bilancia tecnica da laboratorio per l’uso in Farmacia, quali requisiti Legali deve avere ?**

In riferimento alla **Tabella N. 6 della Farmacopea ufficiale** ( art. 34 , secondo comma e art. 44 del Reg. Serv. Farm. ) la Farmacia è tenuta a dotarsi di una bilancia di precisione . Citando l’ultimo aggiornamento della Tabella N.6 ( rif. Federfarm prot.n. UL/AC/6838 del 9.4.04, rif. F.O.F.I. protn.20040006071/AG del 6.5.04 ) , i requisiti minimi di tale strumento sono :

- **Bilancia sensibile al mg ( *divisione reale (d) della scala = 0,001 g* ) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance , l’una sensibile al mg ( *d=0,001g* ) della portata di almeno 50 g e l’altra sensibile a 0,50 g ( *d=0,50g* ) della portata di almeno 2 Kg .**

La bilancia inoltre, deve essere conforme anche alla **Legge N. 517** del 29.12.92 Art. 2 lettera “a” punto “5” che prescrive :

- “lo strumento per pesare” , destinato alla “determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia “ deve avere l’Approvazione Metrica Legale CE ( marchio di conformità **CE** e contrassegno verde “ **M** “ attestante l’approvazione Metrica ) .