

## Sartorius EXTEND-<sup>PHARMACY</sup>

# ED 523S - PCE

## Bilancia tecnica "Approvata" per l'uso in Farmacia



- Portata ..... " Max " : 520 g
- Divisione di lettura ..... "d" : 0,001g
  
- Divisione di verifica ..... "e" : 0,01 g
- Campo di pesata SuperRange
  
- Diametro del piatto di pesata: 115 mm
- **Calibrazione e regolazione automatica con peso interno motorizzato**
- Tara automatica su tutta la portata .
- Protezione contro i sovraccarichi accidentali .
- Protezione circolare contro le correnti d'aria.
- Lettura digitale a cristalli liquidi LCD retroilluminato
- Uscita dati RS232 di serie.
- Protocollo di stampa secondo ISO / GLP .
- Conteggio pezzi .
- Formulazione totale / netto .
- Pesata in percentuale.
- Calcolo per un fattore.
- Densità o peso specifico.

### La bilancia tecnica da laboratorio per l'uso in Farmacia, quali requisiti Legali deve avere ?

In riferimento alla **Tabella N. 6 della Farmacopea ufficiale** ( art. 34 , secondo comma e art. 44 del Reg. Serv. Farm. ) la Farmacia è tenuta a dotarsi di una bilancia di precisione . Citando l'ultimo aggiornamento della Tabella N.6 ( rif. Federfarm prot.n. UL/AC/6838 del 9.4.04, rif. F.O.F.I. protn.20040006071/AG del 6.5.04 ) , i requisiti minimi di tale strumento sono :

- **Bilancia sensibile al mg ( divisione reale (d) della scala = 0,001 g ) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance , l'una sensibile al mg ( d=0,001g ) della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g ( d=0,50g ) della portata di almeno 2 Kg .**

La bilancia inoltre, deve essere conforme anche alla **Legge N. 517** del 29.12.92 Art. 2 lettera "a" punto "5" che prescrive :

- "lo strumento per pesare" , destinato alla "determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia " deve avere l'Approvazione Metrica Legale CE ( marchio di conformità **CE** e contrassegno verde " **M** " attestante l'approvazione Metrica ) .

## Sartorius Competence-<sup>PHARMACY</sup>

# CPA523S - PCE

Bilancia tecnica "Approvata" per l'uso in Farmacia



- Campo di pesata ..... " Max " : 520 g
- Divisione di lettura ..... "d" : 0,001g
- Divisione di verifica ..... "e" : 0,01 g
- Campo di pesata SuperRange
- Dimensioni del piatto di pesata :  110 mm
- Calibrazione e regolazione automatica con peso interno motorizzato attivato con IsoCAL, dispositivo che al variare del tempo e della temperatura permette alla bilancia di auto-regolarsi.
- Tara automatica su tutta la portata .
- Protezione contro i sovraccarichi accidentali .
- Protezione triangolare contro le correnti d'aria.
- Lettura digitale a cristalli liquidi LCD retroilluminato
- Uscita dati RS232 di serie.
- Protocollo di stampa secondo ISO / GLP .
- Conteggio pezzi .
- Formulazione totale / netto .
- Pesata in percentuale.

### La bilancia tecnica da laboratorio per l'uso in Farmacia, quali requisiti Legali deve avere ?

In riferimento alla **Tabella N. 6** della **Farmacopea ufficiale** ( art. 34 , secondo comma e art. 44 del Reg. Serv. Farm. ) la Farmacia è tenuta a dotarsi di una bilancia di precisione . Citando l'ultimo aggiornamento della Tabella N.6 ( rif. Federfarm prot.n. UL/AC/6838 del 9.4.04, rif. F.O.F.I. protn.20040006071/AG del 6.5.04 ) , i requisiti minimi di tale strumento sono :

- **Bilancia sensibile al mg ( divisione reale (d) della scala = 0,001 g ) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance , l'una sensibile al mg ( d=0,001g ) della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g ( d=0,50g ) della portata di almeno 2 Kg .**

La bilancia inoltre, deve essere conforme anche alla **Legge N. 517** del 29.12.92 Art. 2 lettera "a" punto "5" che prescrive :

- "lo strumento per pesare" , destinato alla "determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia " deve avere l'Approvazione Metrica Legale CE ( marchio di conformità **CE** e contrassegno verde "**M**" attestante l'approvazione Metrica ) .

## Bilance per Farmacia

Sono conformi al Decreto Legislativo **517** del 29-12-1992 che, all'articolo **2**, comma **2**, lettera **a)**, punto **5**, che prevede l'uso di strumenti per pesare con **approvazione metrica legale CE** nella **determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia**

### GW3202-OCE - Bilancia elettronica Sartorius



- Campo di pesata Max: 3200g
- Divisione di lettura d: 0,01g
- Divisione di verifica e: 0,1g
- Piatto di pesata : 180x180 mm
- Calibrazione e regolazione automatica con peso interno motorizzato
- Tara automatica su tutta la portata
- Protezione contro sovraccarichi accidentali
- Lettura digitale a cristalli liquidi
- Interfaccia RS232 di serie
- Conteggio / Formulazione /Totale netto

### GW6202-OCE - Bilancia elettronica Sartorius



- Campo di pesata Max: 6200g
- Divisione di lettura d: 0,01g
- Divisione di verifica e: 0,1g
- Piatto di pesata : 180x180 mm
- Calibrazione e regolazione automatica con peso interno motorizzato
- Tara automatica su tutta la portata
- Protezione contro sovraccarichi accidentali
- Lettura digitale a cristalli liquidi
- Interfaccia RS232 di serie
- Conteggio / Formulazione /Totale netto

### ED8201-OCE - Bilancia elettronica Sartorius



- Campo di pesata Max: 8100g
- Divisione di lettura d: 0,1g
- Divisione di verifica e: 1g
- Piatto di pesata : 180x180 mm
- Calibrazione e regolazione automatica con peso interno motorizzato
- Tara automatica su tutta la portata
- Protezione contro sovraccarichi accidentali
- Lettura digitale a cristalli liquidi
- Interfaccia RS232 di serie
- Conteggio / Formulazione /Totale netto